EZ-p/PNO/37/2020

Lublin, dn. 10.11.2020 r.

Odpowiedzi na zapytania

Dotyczy: postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę drobnego osprzętu laboratoryjnego oraz wyrobów do terapii nerkowej dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, z podziałem na 21 części.

W imieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zwanego dalej Zamawiającym informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ. Poniżej Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwaną dalej ustawą Pzp, przekazuje ich treść wraz z odpowiedziami.

Zapytanie nr 1 - dotyczy zadania 8 poz. 6
Proszę o uściślenie jaką wielkość opakowania należy zaoferować – w opisie produktu widnieje informacja „96/cs" co oznacza opakowanie 1 case 96 sztuk natomiast w kolumnie z jednostką miary wpisano opakowanie 16 sztuk.
Odpowiedz:
Zamawiający wyjaśnia, że zamówienie dotyczy opakowania zawierającego 16 sztuk szkiełek ośmiokomorowych (1 pkg).

Zapytanie nr 2 - dotyczy zadania 14
Czy zamiast kolumny Rezex Ca2+, 8µm 300 x780 mm możemy zaoferować kolumnę równoważną o wymiarach 9 µm 300 x 8 mm?
Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie nr 3 - dotyczy zadania 14
Czy zamiast kolumny Gemini NX 5u C 18, 110A, 5 µm, 150 x 4,6 mm możemy zaoferować kolumnę równoważną o wielkości porów 120?
Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie nr 4 - dotyczy zadania 14
Czy zamiast kolumny Gemini NX 5u C 18, 110A, 5 µm, 150 x 4,6 mm możemy zaoferować kolumnę równoważną o wielkości porów 100?
Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie nr 5 - dotyczy zadania 14
Czy można wydzielić z pakietu poniższe kolumny?

1.	Kolumna analityczna typu Gemini NX 5u C 18, rozmiar porów 110A, wielkość ziarna 5 µm, wymiary (L x Ø wew.) 150 x 4,6 mm
2.	Kolumna analityczna do HPLC typu Rezex do analizy cukrów, z wypełnieniem z jonami Ca2+, rozmiar porów 8 µm, wymiary (L x Ø wew.) 300 x780 mm

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody.

W imieniu Zamawiającego

Zastępca Kanclerza
.....
mgr inż. Marek Mirosław

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego